

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ortopediju

Šalata 6.

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE – Lampa operacijska

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)	
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE VI -</b>									
	<b>Operacijska lampa</b>	kom	1							
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE									
1	Svjetleće diode najnovije generacije koje štede energiju i gotovo uopće ne proizvode toplinu.									
2	Promjer glave svjetiljke minimalno 60 cm									
3	Jačina svjetlosti minimalno 150.000 luksa									
4	Regulacija svjetline - 10-100%									
5	Promjer svjetlosnog polja - 16-29 cm									
6	Indeks uzvrata boje (Ra) - minimalno 94									
7	Temperatura boje - 3.600-5.000 K									
8	Prosječni uporabni vijek svjetleće diode minimalno 50.000 sati									
9	Ukupna snaga osvjetljavanja pri maksimalnoj jačini svjetlosti maksimalno 590 W/m2									
10	Opcije postavljanja (na strop, zid, mobilno)									
11	Rotacija - 360°									
12	Ručka koja se može sterilizirati									
13	Upravljačka ploča u obliku tipkovnice									
14	Električna energija 220/230/240 V (izmjenična struja)									
15	Certifikati - CE, UL									
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE VI (brojkama)</b>									