

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE– Lampe operacijske

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|---|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (4x8) |
| | GRUPA PREDMETA NABAVE IV - Lampe operacijske | | | | | | | | |
| | OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | kom | 2 | | | | | | |
| 1 | OP svjetiljka LED tehnologije. Sa priborom za ovjes na strop. | | | | | | | | |
| 2 | Intenzitet svjetla Ec na 1m udaljenosti - 120.000 Lux-a ili više | | | | | | | | |
| 3 | Izvor svjetla - Unificirane jednobojne LED diode bez odljeva obojenih sjena | | | | | | | | |
| 4 | Sustav za stabilizaciju jačine svjetla integriran | | | | | | | | |
| 5 | Indeks emisije boje minimum 95 | | | | | | | | |
| 6 | Zračenje W/m²<550 | | | | | | | | |
| 7 | Promjer svjetlosnog polja podesiv d10 16-25 cm ili veći | | | | | | | | |
| 8 | Promjer d50 10-14 cm | | | | | | | | |
| 9 | Temperatura boje u Kelvinima podesiva: 3500-4500-5500 K | | | | | | | | |
| 10 | LED endoskopsko osvjjetljenje <500 lx, specijalno zeleno LED osvjjetljenje koje pojačava kontrastnost slike na ekranu | | | | | | | | |
| 11 | Podešavanje intenziteta 20-100% | | | | | | | | |
| 12 | Vijek trajanja žaruljice 50.000 sati | | | | | | | | |
| 13 | LED tehnologija: koristi isključivo bijele LED izvore (nema obojenih sjena), bez IC zračenja | | | | | | | | |
| 14 | Elektronska kontrola osvjjetljenja: pri zagrijavanju led izvora povećava se protok struje kako bi se održala trajna i stabilna razina osvjjetljenja | | | | | | | | |
| 15 | Ovjes omogućuje lagano namještanje i nesmetanu potpunu rotaciju. Dvostruka ruka sa zglobovima. Pet stupnjeva rotacije tj. 360°. | | | | | | | | |
| 16 | Presvučeno praškastom bojom glatke površine otporne na standardne dezinficijense, minimalna mikrobna adhezija | | | | | | | | |
| 17 | Stropni poklopac za spuštenu strop | | | | | | | | |
| 18 | Namještanje kupole autoklavabilnom ručicom | | | | | | | | |
| 19 | Podešavanje jačine i veličine svjetlosnog polja putem kontrolnog zaslona osjetljivog na dodir smještenog na ruci kupole | | | | | | | | |
| 20 | Ponudi priložiti skicu rješenja. | | | | | | | | |

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---|------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (4x8) |
| UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IV (brojkama) | | | | | | | | | |