

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE – Stol ginekološki

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE XIV -								
	Stol ginekološki	kom	2						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	stolac za ginekološke preglede mora biti električno namjestiv po visini u rasponu od min 61 do max 102 cm								
2	naslon za leđa mora biti električno namjestiv u rasponu od 0 do minimalno 70 stupnjeva								
3	deći dio mora biti oblikovan na način da se B15omogući B18 pregled (obično polukružno odrezan prednji rub sjedećeg dijela)								
4	sjedeći i leđni dio stolca moraju biti presvučeni vodonepropusnom medicinskom umjetnom kožom, obvezno bešavnom, radi higijene, debljine min 6 cm								
5	postolje stolca i ostala metalna konstrukcija moraju biti zaštićeni poklopcima koji omogućuju lako čišćenje stolca (što manje oštih uglova)								
6	nasloni za noge omogućuju ginekološki i ultrazvučni pregled sa ispruženim nogama								
7	stolac mora omogućiti pacijenticama jednostavno sjedanje na stolac, a da pritom ne moraju dignuti noge, stoga mora biti moguće spustiti naslone za noge u donji položaj za namještanje visine								
8	stolac mora biti opremljen dvjema odvojivim inox posudama za odlaganje; posude moraju biti smještene ispod otvora za zahvate na prednjem sjedećem dijelu stolca								
9	osobito je važno jednostavno namještanje stolca; stolac mora imati unaprijed namještena (funkcija memoriranja) dva osnovna položaja stolca, i to položaj za sjedanje i radni položaj								
10	kompletno električno namještanje stolca mora se obavljati s pomoću nožnog prekidača								
11	stolac se mora postaviti u oba unaprijed namještena položaja u kratkom roku te s pomoću jedne naredbe putem nožnog prekidača								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
12	stolac mora omogućiti postavljanje stalka za kolposkop s desne ili lijeve strane, ovisno o želji naručitelja								
13	stolac mora biti opremljen držačem papira koji mora biti smješten iza lednog dijela stolca								
14	kotači radi lakšeg pomicanja po prostoru min 75 mm								
15	minimalna nosivost stola 200 kg								
16	dimenzije ležne plohe 1290 x 580 mm								
17	vanjske dimenzije sa osloncima za noge maksimalno 1720 x 700 mm								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XIV (brojkama)								