

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE – Stol operacijski ginekološki

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE IX -</b>								
	<b>Stol operacijski ginekološki</b>	kom	2						
1.	<b>Mobilna baza OP stolasa</b> centralnom pločom, elektrohidraulički ili elektromehanički upravljana putem električne kontrole. Upravljanje kočnica putem ručne ili nožne								
1.1.	Upravljanje OP stola moguće sa kabelom spojenom daljinskom kontrolom, bežičnom daljinskom kontrolom, rezervnim upravljanjem na bazi stola, mogućnost dogradnje nožne kontrolne papučice,								
1.2.	Ploča stola djeljiva u minimalno pet sekcija.								
1.3.	Ploča stola u potpunosti izrađena bez poprečnih metalnih ojačanja što omogućuje intraoperativnu radiološku dijagnostiku								
1.4.	Akumulatorska baterija koja se može puniti. Kapacitet baterije za rad minimalno 1 tjedan. Punjač baterije obavezno integriran u bazu stola. Nivo punjenja baterije monitoriran uz optički i akustički alarm.								
1.5.	Baza opremljena sa kotačima koji se moraju blokirati . Stabilnost se osigurava minimalno u tri točke.								
1.7.	Kućište baze stola izrađeno od čvrstog materijala otpornog na ogrebotine i lom (inox ili posebno tvrdi sintetski materijal)								
1.8.	Postav pribora pomoću mehanizama s brzom spojkom								
1.9.	Sve podloške na pločama stola izrađene od specijalne pjenastogumaste jezgre 20 mm(sprečava pojavu ulegnuća) te 50 mm ili više elastoviskoznog materijala koji reagira na tjelesnu temperaturu i pritisak te tako osigurava ravnomjerenu distribuciju i smanjuje pritisak kod pacijenta . Svi šavovi na podloškama ultrazvučno vareni (higijenski ). Ukupna debljina podloški min. 75 mm ili više. Spoj podloške i ploče higijenski: bez utora i pinova. Elektrostatske i elektroprovodljive.								
1.10.	Kućište baze stola, nosači, utori, zglobne veze i postranične šine izrađeni u potpunosti od nehrđajućeg čelika.								
1.11.	Revers postav ili longitudinalni pomak .								
1.12.	<b>Elektro regulacija:</b>								
1.13.	Visina stola (bez podloški) podesiva minimalno od 590 mm do 680 mm								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
1.14.	Trendelenburg / reverse Trendelenburg minimum 25°								
1.15.	Lateralni nagib 18° ili više								
1.16.	Kombinacija Trendelenburg i lateralni nagib minimum 25° /18°								
1.17.	Uzdužni pomak minimalno 250mm, uzdužni pomak od centra stola minimalno 125mm								
1.18.	Flex funkcija minimalno 220°								
1.19.	Reflex funkcija minimalno 110°								
1.20.	Automatska 0 pozicija								
1.21.	Ploče nogu moguće pomicati +20°/-90° ili više								
1.22.	Ploča leđa elektropodesiva +70°/-40° ili više								
1.23.	Dozvoljeno opterećenje stola od 450 kg u standardnom položaju i 250 kg u revers postavu bez obzira na položaj kočnice stola (otkočeno ili zakočeno) certificirano								
1.24.	Širina stola od 540 do 550mm, sa bočnim šinama od 590- 600 mm								
2.	<b>Oprema i pribor:</b>								
2.1.	<b>Kablom spojena daljinska kontrolasa</b> higijenskom površinom osjetljivom na dodir, otpornom na standardne dezinficijense, tipka za funkcije flex, reflex i 0 poziciju, sve funkcije osvijetljene na daljinskoj kontroli, pokazivanje statusa na ekranu, mogućnost 10 ili više pohranjivanja pozicija OP stola. Kabelom spojena daljinska kontrola ili bežična daljinska sa ugrađenim ekranom, pokazuje se status baterije, nagib pojedine ploče OP stola.								
2.2.	<b>Ploča glavesa</b> dvostrukim pričvršnim spojem, regulacijom nagiba pomoću kočionog mehanizma u rasponu +25°/-45° ili više, sa šinama za rtg kasetu i podloškom koja se lako skida i čisti. Dimenzije širina jednaka širini OP stola x dužina 250mm ili više.								
2.4.	<b>Par ploča nogusa</b> podloškama i s dvostrukim zglobovima koji omogućuje abdukciju min 110°. Duljina veća od 650 mm. Radiotranslucentne. Perive. Skidanje ploče nogu pritiskom na tipku. Postavljanje pomoću automatskog sigurnosnog spoja (bez vijaka). Sa bočnim EU šinama. Mogu se upravljati individualno i sinhrono.								
2.5.	<b>Manžetaza</b> ruku koja se može skidati i prati, pričvršćuje se velcro trakom, sa kopčom za spoj za postraničnu šinu								
2.6.	<b>Ploča za rukusa</b> kopčom za spoj na bočnu šinu, pokretna oko osovine, podesiva visina i longitudinalni položaj, meka podloška duljine 450-500mm, sa trakama za pričvršćivanje.								
2.7.	<b>Traka za tijelosa</b> kopčama za učvršćivanje na bočnu šinu. Podesiva po dužini, periva								
2.8.	<b>Infuzijski stativsa</b> kopčama za spoj na šinu. Mnimum dvije kuke za ovijes. Mehanizam sa radijalnim zglobovima za podešavanje vertikalnog položaja. Podešavanje visine 850-1300mm ili više.								
2.9.	<b>Anesteziološki zaslon</b> L oblika. Vertikalni stup sa uzemljenjem za zaštitu pacijenta.								
2.10.	<b>Ekstenzijaza</b> anesteziološki zaslon								
2.11.	<b>Radijalna stezaljkaza</b> učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. Radijalno podešenje 360°								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
2.12.	<b>Držači nogu</b> jednoručno podesivi pomoću plinske opruge sa automatskim podešavanjem pozicije koljena, sa zaštitnom čizmom s mekim ulošcima. Nosivost min. 150 kg i više.								
2.13.	<b>Držači ramenasa</b> kopčom za prihvata na šinu OP stola, podesive visine: min 180 mm.								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE IX (brojkama)</b>									