

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ortopediju

Šalata 6.

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE –Stol radiolucentni

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE XI -</b>								
	<b>Stol radiolucentni</b>	kom	1						
	<b>OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE</b>								
1	Univerzalna karbonska jedinica za pozicioniranje pacijenta supino, prono ili lateralno uz upotrebu radioloških uređaja (C-luk, O-arm, 3D scan) u Ortopediji/Traumatologiji, Neurokirurgiji sa funkcijama za nebrzu i brzu rotaciju.								
1.1	Osnovna konstrukcija: dvije karbonske prečke i vertikalni podupirući stup.								
1.2	Četiri podupirača za tijelo s podloškama. Podupirači se mogu horizontalno, vertikalno i lateralno namještati.								
1.3	Mogućnost korištenja uz kopču za lubanju i Wilsonovog nastavka.								
1.4	Karbonska ploča za tijelo (koja zamjenjuje 4 podupirača po potrebi) za spinalne zahvate i zahvate na zdjelici minimalne duljine 1300 mm i nosivosti 220 kg ili više								
1.5	Mogućnost dodatne kratke ploče za zahvate na lubanji i vratnoj kralježnici.								
1.6	Kopča za prihvat pribora - radijalna stezaljka.								
1.7	Podupirač glave od prozirnog, rtg propustnog materijala								
1.8	Ogledalo za kontrolu pacijenta								
1.9	Adapter za ploču glave								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
1.10	Dvodjelna potkovasta kopča glave s mekim podloškama i trakama za fiksaciju.								
1.11	Omogućuje OP zahvate na disku u klečećem položaju uz primjenu jastuka ili luka.								
1.12	Mogućnost dogradnje šine za pribor.								
1.13	Dužina jedinice bez OP stola: 1420-1450 mm								
1.14	Jedinica može namještati po visini 650 mm ili niže do 900 mm. Ili više (visina okvira i ploče bez podloške)								
1.15	Jedinica ima mogućnost kontrole lateralnog nagiba pomoću integrirane vodene vage.								
1.16	Mogućnost lateralnog nagiba min. 15 stupnjeva.								
1.17	Polje Radio translucencnosti 1400mm 360° 1135mm								
1.18	<b>Posebna napomena : Univerzalna karbonska jedinica mora biti kompatibilna sa postojećim mobilnim operacijskim stolom ili se mora isporučiti odgovarajući adapter.</b>								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE XI (brojkama)</b>									