

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za očne bolesti

Kišpatićeva 12

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Lampa ultravioletna za "cross linking"

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE II - Lampa ultravioletna za "cross linking"</b>	kom	1						
	<b>OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE</b>								
1	Vrijeme iluminacije 10-30 minuta								
2	Non-Gaussov profil zrake ili jednako vrijedna tehnologija								
3	Prosječna jakost 3-9mW/cm <sup>2</sup>								
4	Izlazna energija do 12 mW /cm <sup>2</sup>								
5	Prijenosan uređaj								
6	Valna duljina 365 nm								
7	Radna distanca 45-47 mm								
8	Kontinuirana emisija zrake								
9	Promjer zrake minimalno 7 - maksimalno 11 mm								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE II (brojkama)</b>									