

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za kožne i spolne bolesti

Šalata 4.

IV OPERACIJSKE LAMPE I STOLOVI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE – Lampa operacijska

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE V - Operacijska lampa	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	OP svjetiljka LED tehnologije sa priborom za ovjes na strop visine ca. 4.000 mm, sa konstrukcijom za fiksni strop.								
2	Ovjes omogućuje lagano namještanje i nesmetanu vertikalnu rotaciju 360°								
3	Dvostruka ruka sa zglobom								
4	Promjer kupole maksimum 700 mm, oblikovana da minimalno zaustavlja protok zraka (glatke površine, praškasta boja, prazna područja za prolaz zraka)								
5	Bez IC i UV zračenja. Homogeno svjetlo bez kromatskih aberacija, boja svjetla konstantna (i kod prigušivanja tj. pronjene intenziteta svjetla)								
6	Materijal konstrukcije glave kupole ekološki - ljevani aluminij ili jednakovrijedno								
7	Stropni poklopac								
8	Podešavanje jačine i veličine svjetlosnog polja putem kontrolnog zaslona osjetljivog na dodir smještenog na ruci kupole. Daljinska kontrola bežična.								
9	Minimalna visina najnižeg fiksnog zgloba 1900 mm od poda								
10	Kupola:								
10.1.	Intenzitet svjetla E _c na 1m udaljenosti minimum. 120.000 Lux-a								
10.2.	Podešavanje intenziteta od 10-100%								
10.3.	Izvor svjetla LED								
10.4.	Indeks emisije boje minimum 95 (Ra)								
10.5.	Temperatura boje maksimalno 4.600 K								
10.6.	Promjer svjetlosnog polja podesiv d10 185-300 mm ili više (fokusanje)								
10.7.	Promjer D50 unutar raspona 100-140 mm								
10.8.	Vijek trajanja LED diode minimum 50.000 sati								
10.9.	Test redukcije sjena sa jednom maskom veći od 63%								
10.10.	Test redukcije sjena sa dvije maske veći od 46%								
11.	Potrošnja manja od 70VA								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
12.	Autoklavabilna ručica za namještanje sa dodatne 2 ručice.								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE V (brojkama)									